

CATÁLOGO E PROPOSTA DE VENDA

Piracicaba, 30 de janeiro de 2018.

Referência: *Pregão eletrônico 52/2017.*

Instituição: *Universidade Federal da Integração Latino Americana.*



Item 29 – Incubadora orbital Shaker com velocidade de agitação variável – 105,6 litros - modelo 300M005 - Fabricação Matoli Equipamentos para Laboratório.

Equipamento desenvolvido para incubação de amostras que necessitem de agitação orbital e temperatura controlada; como meios de cultura para crescimento de microrganismos e análises na área de bioquímica. Uso em bancada.

Informações técnicas:

Caixa externa em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi;

Caixa interna em aço inoxidável AISI 304 polido;

Porta em vidro temperado translúcido com vedação de silicone em todo o contorno;

Plataforma de agitação intercambiável em aço inoxidável polido com capacidade para diversos volumes e tamanhos de frascos, com garras em aço inoxidável, para 45 frascos de 50ml, 25 frascos de 150ml ou 25 frascos de 250ml;

Sistema de aquecimento com resistência blindada aletada em aço inoxidável;

Controlador de temperatura digital microprocessado com tecnologia PID, display duplo de cristal líquido (set point e temperatura corrente), precisão, resolução e estabilidade de $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$;

Temperatura de trabalho de ambiente até 70°C ;

Sensor de temperatura tipo Pt 100 em aço inoxidável para maior exatidão na leitura;

Sistema de circulação interna horizontal (ventilação) por motoventiladores para melhor distribuição da temperatura;

Controlador da velocidade microprocessado para trabalhos até 300rpm;

Temporizador digital microprocessado para trabalhos programados de 1 segundo até 99 horas e 99 minutos, com incremento de 01 minuto desligando o sistema de agitação ao término do tempo programado e alarme sonoro;

Alimentação: 220V;

Potência: 1120W;

Dimensões internas (LxPxA): 440x 600 x 400mm – 105,6 litros;

Dimensões (LxPxA): 460x 640 x 760mm;

** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor.

Acompanha:

Plataforma de agitação conforme acima;

Instalação e treinamento conforme a necessidade da UNILA;

Manual completo de instalação e operação;

Certificado de garantia de 12 meses;

** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor.

Qtde: 09 peças.

Valor unitário: R\$ 5.480,00 (Cinco mil, quatrocentos e oitenta reais).

Valor total para o item 29: R\$ 49.320,00 (Quarenta e nove mil, trezentos e vinte reais).

Prazo de entrega: 120 dias.

Validade da proposta: 90 dias.

Frete por conta da Matoli Equipamentos para Laboratório - Eireli - ME

Declaro que os preços acima especificados já contam com impostos e demais encargos inclusos.

Declaro ter conhecimento e estar de acordo com todas as condições estabelecidas no edital de licitações referente ao supracitado pregão eletrônico.

Dados bancários: Caixa Econômica Federal - Ag. 2882 - Conta Corrente 2028-8 - Operação 003

Francisco Carlos Nicolau

Matoli Equipamentos para Laboratório - Eireli - ME

CNPJ 22.496.649/0001-88

IE 535.567.828.110

Piracicaba - SP

(19) 999853086

matoli@matoli.com.br

www.matoli.com.br

22.496.649/0001-88
MATOLI EQUIPAMENTOS PARA
LABORATÓRIO - EIRELI - ME

Av. Raposo Tavares, 1181 - Jdim. Glória
CEP 13401-457 - Piracicaba - SP